LA IMPORTANCIA DE VERIFICAR: APRENDIZAJE DE UN INCIDENTE RELACIONADO CON EL MATERIAL DE TRAQUEOSTOMÍA.

BARRERAS EXISTENTES

- Personal con **formación específica**.
- **Cartel informativo** con características de cánula, aspiración, vía aérea y próximo cambio.
- **Material** de recambio y cuidados **en habitación**.
- **Check-list** material de cambio de cánula urgente

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

¿Qué ocurrió?

Necesidad de cambio de cánula semi-urgente → La caja de la cánula de traqueostomía de reserva en la habitación estaba vacía.

Desenlace:

Se localizaron cánulas disponibles en stock y el recambio pudo realizarse sin consecuencias.

ANÁLISIS DE CAUSAS · FACTORES CONTRIBUYENTES

FALSA DISPONIBILIDAD

Envase vacío: su peso y contenido accesorio generan falsa impresión.

VERIFICACIÓN

Ausencia de un sistema estandarizado de comprobación por turno.

ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL

Material para cuidados diarios y cambio urgente no claramente diferenciados.

VARIABILIDAD

Existencia de múltiples modelos y calibres. Riesgo de falta de stock.

APRENDIZAJE · ACCIONES DE MEJORA

VERIFICAR

Comprobación estructurada del material y revisión tras cada utilización y por turno.

ANTICIPAR

Control del stock con especial atención a modelos menos frecuentes.

SEPARAR

Disposición del maletín de cambio de cánula urgente separado del material de cuidados diario.

PREVENIR

Maletín de cambio de cánula urgente cerrado y destinado solo a este fin. Estandarizado con check-list.